



Český metrologický institut

Okružní 31, 638 00 Brno

tel. +420 545 555 111

www.cmi.cz

Pracoviště: Oblastní inspektorát Opava, Gudrichova 41, 746 01 Opava
tel. +420 553 625 308, +420 605 208 026, email: oiopava@cmi.cz

POTVRZENÍ O OVĚŘENÍ STANOVENÉHO MĚŘIDLA

Datum vydání: 23. listopad 2022

List 1 z 1 listu

Zákazník: **Depos Horní Suchá a.s.**
Solecká 1/1321
735 35 Horní Suchá

Měřidlo - druh: Váhy s neautomatickou činností třídy přesnosti III

výrobce: SCHENCK Process Europe GmbH

typ: DISOMAT Opus

výrobní číslo: AS16640

specifikace: Max 30 000 kg Min 200 kg e = 10 kg d = e

Uživatel měřidla:

Umístění měřidla: Viz.zákazník - provoz

Měřidlo bylo ověřeno podle § 9 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 9 odst. 2 tohoto zákona a § 6 vyhlášky č. 262/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bylo opatřeno úředními značkami na místech určených v certifikátu o schválení (resp. EU přezkoušení) typu měřidla.

Doba platnosti ověření je stanovena vyhláškou č. 345/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Platnost ověření zaniká v případech uvedených v § 7 odst. 2 vyhlášky č. 262/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Datum ověření: 23. listopad 2022

Ověření provedl: Pavel Malý

Ivo Pitra
ředitel organizační jednotky